

**WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ UŻYTKOWE DLA TABORETU OBROTOWEGO  
LEKARSKIEGO**

**SZT. 1**

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne	Wartości oferowane	Punktacja w kryterium jakości (parametry techniczne)
1.	Taboret obrotowy o stabilnej konstrukcji metalowej osadzony na ramieniu na pięciu obrotowych kółkach .	TAK		
2.	Średnica podstawy : 560 mm +/- 30mm Wysokość regulowana 480-600 mm +/- 70mm Średnica siedziska 340 mm +/- 30mm Siedzisko podnoszone hydraulicznie ( pedałem nożnym) z obręczą podnogi	TAK		
3.	Ergonomiczne wygodne oparcie z regulowaną wysokością	TAK		
4.	Kółka samohamowne lub opcja blokady	TAK		
5.	Udźwig min 135 kg	TAK		
6.	<b>Serwis gwarancyjny</b>			
7.	Okres gwarancji minimum 36 miesięcy	Tak		
8.	Czas przystąpienia do naprawy w terminie max. 72 godzin od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	Podać		
9.	Wymiana taboretu na nowy, wolny od wad po 1 naprawie gwarancyjnej.	Tak		
10.	Maksymalny czas usuwania awarii: - 5 dni roboczych			
11.	Bezpłatne przeglądy wg zaleceń producenta	Tak, podać		
	<b>Serwis pogwarancyjny</b>			
1.	Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego	Nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania taboretu do eksploatacji		

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji taboretu.

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu od dostarczenia taboretu spełniającego wyspecyfikowane parametry. Taboret jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....  
Podpis i pieczętki imienne osób  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

.....  
data