

**WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ UŻYTKOWE DLA STOLIKA DO INSTRUMENTÓW  
CHIRURGICZNYCH**

**SZT. 1**

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne	Wartości oferowane	Punktacja w kryterium jakości (parametry techniczne)
1.	Stolik wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach blatu szerokość 450 mm długość 640 mm wysokość regulowana od 920 – 1300 mm przy pomocy pompy hydraulicznej	+/- 10%		
2.	Blat z podniesionym obrzeżem.	Tak		
3.	Podstawa wykonana w kształcie litery T z trzema stabilnymi kółkami o średnicy min. 50 mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę.	TAK		
4.	Oponki wykonane z materiału który nie brudzi wykładzin PCV.	TAK		
5.	Wymiary blatu 400 x 610	TAK		
6.	Obciążenie min. 10 kg	TAK		
7.	Wyrób posiadający znak CE	TAK		
<b>Serwis gwarancyjny</b>				
1.	Okres gwarancji minimum 36 miesięcy	Tak		
2.	Czas przystąpienia do naprawy w terminie max. 72 godzin od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	Podać		
3.	Wymiana stolika na nowy, wolny od wad po 1 naprawie gwarancyjnej.	Tak		
4.	Maksymalny czas usuwania awarii: - 5 dni robocze bez konieczności sprowadzenia części zamiennych			
5.	Bezpłatne przeglądy wg zaleceń producenta	Tak, podać		
<b>Serwis pogwarancyjny</b>				
1.	Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego	Nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania stolika do eksploatacji		

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji stolika.

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu od dostarczenia stolika spełniającego wyspecyfikowane parametry. Stolik jest kompletna i będzie gotowa do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....  
Podpis i pieczętki imienne osób  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

.....  
data