

WÓZEK DO TRANSPORTU CHORYCH – 1 szt.

Producent:

Oferowany model

LP	OPIS	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETRY OFEROWANE
1.	Sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji 2013	TAK	
2.	Szerokość całkowita 740 mm (+/- 30 mm)	TAK podać	
3.	Długość całkowita: 2050 mm(+/- 30 mm)	TAK podać	
4.	Wysokość leża od podłogi regulowana za pomocą siłownika hydraulicznego min. 600 mm do 900 mm	TAK podać	
5.	Konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym z palety kolorów Ral. Kolor do uzgodnienia po rozstrzygnięciu przetargu.	TAK	
6.	Regulacja oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej min. 60 ⁰	TAK podać	
7.	Przechył Trendelenburga min. 20 ⁰	TAK	
8.	Przechył anty – Trendelenburga min.12 ⁰	TAK	
9.	Pozycja Trendelenburga i anty – Trendelenburga wspomagana sprężynami gazowymi	TAK	
10.	Leże wypełnione płytą laminowaną umożliwiającą monitorowanie pacjenta, wykonanie zdjęć RTG na całej długości wózka, oraz przeprowadzenie reanimacji.	TAK	
11.	Pod leżę prowadnica na kasetę RTG umożliwiającą jej przesunięcie w celu wykonania zdjęć na całej długości	TAK	
12.	Dopuszczalne obciążenie wózka min.200 kg	TAK podać	
13.	Cztery koła jezdne o śr min 150 mm wyposażone w centralną oraz blokadę kierunkową	TAK	
14.	Wyposażenie standard: - dwie barierki boczne chromowane - wieszak kroplówki – 1 szt. - materac – 1 szt. - kosz na ubrania pacjenta- 1 szt.	TAK	

.....
Podpis i pieczętki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

.....
data

Znak Sprawy FDZP/21/13 - Załącznik nr 2 pozycja nr 6

	Serwis gwarancyjny		
15.	Okres gwarancji minimum 36 miesięcy	Tak	
16.	Czas przystąpienia do naprawy w terminie max. 72 godzin od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	Podać	
17.	Maksymalny czas usuwania awarii: 5 dni roboczych		
18.	Bezpłatne przeglądy wg zaleceń producenta (min 1 przegląd w okresie 12 m-cy)	Tak, podać	
	Serwis pogwarancyjny		
19.	Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego	Nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania wózka do eksploatacji	
20.	Gwarancja dostępności serwisu po upływie okresu gwarancyjnego	Nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania wózka do eksploatacji	
21.	Liczba niezbędnych przeglądów konserwacyjnych w ciągu roku	Podać	

Wszystkie parametry / warunki wymagane są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczam, że oferowane wózek jest kompletny i będzie gotowy do użytku, bez żadnych dodatkowych zakupów.

.....
Podpis i pieczętki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

.....
data