



Ostrów Wielkopolski, dnia 27.07.2012 r.

Otrzymują:

- wykonawcy
- strona internetowa www.szpital.osw.pl

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę aparatury medycznej i sprzętu dla ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim (liczba zadań – 8 pakietów).

W związku z otrzymaniem pytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim, ul Limanowskiego 20/22 udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy Zamawiający dopuści w poz. 2 nożyczki nie posiadające oznaczenia Cooper w katalogu, spełniające jednak wszystkie wymogi opisu w przedmiotowej pozycji ?
Odp. Zamawiający dopuszcza również.
2. Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 nożyczki nie posiadające oznaczenia Metzemaum – Nelson, lecz Metzemaum - Fino w katalogu, spełniające jednak wszystkie wymogi opisu w przedmiotowej pozycji ?
Odp. Zamawiający dopuszcza również.
3. Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 kleszcze o długości 13 cm oprócz 12,5 cm, spełniające wszystkie pozostałe wymogi opisu w przedmiotowej pozycji ?
Odp. Zamawiający dopuszcza również.
4. Czy Zamawiający dopuści w poz. 8 kleszcze o długości 13 cm oprócz 12,5 cm, spełniające wszystkie pozostałe wymogi opisu w przedmiotowej pozycji ?
Odp. Zamawiający dopuszcza również.
5. Czy Zamawiający dopuści w poz. 14 nożyczki o długości 14,5 cm oprócz 14 cm, spełniające wszystkie pozostałe wymogi opisu w przedmiotowej pozycji ?
Odp. Zamawiający dopuszcza również.
6. Czy Zamawiający dopuści w poz. 24 haki identyczne z opisanymi(również o tej samej nazwie – Farabeuf), nie posiadające oznaczeń w katalogu fig.1 oraz fig.2 oraz o długościach odpowiednio 12 i 15 cm, spełniające wszystkie pozostałe wymogi opisu w przedmiotowej pozycji ?
Odp. Zamawiający dopuszcza również.
7. Czy Zamawiający dopuści w poz. 32 i 47 kaniule o długości 76 mm oprócz 80 mm, spełniające wszystkie pozostałe wymogi opisu w przedmiotowej pozycji ?
Odp. Zamawiający dopuszcza również.
8. Czy Zamawiający dopuści w poz. 48 kantener o wymiarach : dług. 300 mm, szer. 275 lub 290 mm oraz wys. 110 lub 140 mm , spełniający wszystkie pozostałe wymogi opisu w przedmiotowej pozycji ?
Odp. Zamawiający dopuszcza kontener o wymiarach dług. 300 mm, szer. 275 mm, wys. 110 mm, spełniający wszystkie pozostałe wymogi opisu w przedmiotowej pozycji ?
9. Czy Zamawiający chcąc otrzymać produkty wysokiej jakości wymaga narzędzi wykonanych z najwyższej jakości stali chirurgicznej, co potwierdzają certyfikaty międzynarodowe takie jak : ASTM F 899, DIN EN ISO 7153 oraz EN 10088-1 ?
Odp. Zamawiający nie wymaga, dopuszcza również.
10. Czy Zamawiający chcąc otrzymać produkty najwyższej jakości wymaga narzędzi wykonanych w wysokim standardzie produkcji, co potwierdzają certyfikaty

międzynarodowe takie jak : DIN 58298, ISO 7151 oraz ISO 7741 ?

Odp. Zamawiający nie wymaga, dopuszcza również.

11. Czy Zamawiający chcąc otrzymać serwis wysokiej jakości wymaga by dystrybutor narzędzi posiadał upoważnienie producenta do dystrybucji na terenie Polski wraz z zapewnieniem serwisowania sprzedanych w ten sposób produktów ?

Odp. Zamawiający nie wymaga, dopuszcza również.

12. Czy Zamawiający chcąc otrzymać produkty wysokiej jakości wymaga narzędzi łączonych za pomocą śrub a nie nitów oraz matowanych fabrycznie przez producenta ?

Odp. Zamawiający nie wymaga, dopuszcza również.

13. Czy Zamawiający dopuści do przetargu alternatywny fotel, którego folder parametry przesyłam w załączeniu (producent Ar-El Berber ve Tibbi Urunler san. ve Tic. Ltd. Sti.).

Odp. Zamawiający dopuszcza również pod warunkiem możliwości wyboru kolorystyki tapicerki określonej w siwz (opis parametrów fotela w załączeniu).

Z poważaniem

*Dyrektor ZZOZ
Dariusz Bierła*