

WYMAGANIA TECHNICZNE ORAZ UŻYTKOWE DLA WÓZKA ANESTOZJOLOGICZNEGO Z SZUFLADAMI

SZT. 1

Lp.	Parametry techniczne i funkcjonalne	Wymagania graniczne	Wartości oferowane	Punktacja w kryterium jakości (parametry techniczne)
1.	Wymiary wózka szerokość 720 mm głębokość 720 mm wysokość 980 mm wg palety kolorów RAL	+/- 10%		
2.	Wykonany ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo	Tak		
3.	Wyposażony w cztery szuflady na prowadnicach ułożyskowanych i samodociskiem	TAK		
4.	Nadstawka z min. 10 pojemnikami po pięć w rzędzie	TAK		
5.	Tacka oraz pojemnik na zużyte igły i wiaderko na odpadki umieszczone z prawej strony wózka	TAK		
6.	Z prawej strony wózka uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki	TAK		
7.	Kółka o średnicy 100 mm w tym dwie z blokadą	TAK		
8.	Przy kołach odbojniki chroniące wózek przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem ścian.	TAK		
9.	Oponki wykonane z tworzywa niebrudzącego podłog wykonanych z wykładzin PCV	Tak		
10.	Uchwyt do prowadzenia umieszczony z przodu wózka	Tak		
11.	Wymiary blatu roboczego min. 650 x 650 mm	Tak		
Serwis gwarancyjny				
12.	Okres gwarancji minimum 36 miesięcy	Tak		
13.	Czas przystąpienia do naprawy w terminie max. 72 godzin od zgłoszenia awarii z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy	Podać		
14.	Wymiana wózka na nowy, wolny od wad po 1 naprawie gwarancyjnej.			
15.	Maksymalny czas usuwania awarii: - max. 5 dni roboczych			
16.	Bezpłatne przeglądy wg zaleceń producenta	Tak, podać		
Serwis pogwarancyjny				
17.	Gwarancja sprzedaży części zamiennych po upływie okresu gwarancyjnego	Nie mniej niż 10 lat od dnia przekazania wózka do eksploatacji		

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji wózka.

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu od dostarczenia wózka spełniającego wyspecyfikowane parametry.

.....
Podpis i pieczętki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

.....
data