

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIE NR 7

Wszystkie urządzenia –sprzęt , aparatura medyczna nowe nieużywane roku produkcji nie wcześniej niż 2013 posiadające gwarancję 24 miesięcy od uruchomienia. W przypadku awarii czas reakcji od momentu zgłoszenia telefonicznego max do 48 godz., jeśli naprawa nie zostanie usunięta w ciągu 2 dni roboczych wykonawca na trzeci dzień wstawi sprzęt – aparaturę zastępczą na czas trwania naprawy .Wykonawca zapewni autoryzowany serwis i dostęp do części zamiennych po upływie gwarancji przez okres 10lat .

Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz uruchomi aparaturę – sprzęt medyczny w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy wraz z przeprowadzeniem szkolenia dla personelu i dostarczeniem instrukcji obsługi w języku polskim.

Wykonawca dostarczy karty gwarancyjne oraz paszporty techniczne wypełnione i podpisane przez serwisanta z wyznaczeniem daty następnego przeglądu technicznego. Wykonawca dostarczy protokoły zdawczo – odbiorcze podpisane przez ordynatora oddziału oraz koordynatora ds. aparatury i sprzętu medycznego .

Zamawiający zamawia wykonanie darmowych trzech przeglądów w czasie trwania gwarancji pierwszy po 12 miesiącach od daty dostarczenia aparatury – sprzętu medycznego , a drugi po kolejnych 12 miesiącach i trzeci w ostatnim miesiącu trwania gwarancji. Wykonawca zapewni przez okres trwania gwarancji bezpłatne modyfikowanie – wgrywanie nowych oprogramowań do dostarczonego sprzętu – aparatury medycznej .

.....
*Podpis i pieczętki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*

.....
data

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

LP	OPIS PARAMETRU	PARAMETR GRANICZNY-WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
Wymagania dotyczące modernizacji posiadanego przez zamawiającego systemu holterowskiego CardioScan do systemu 12 kanałowego – 4 szt.			
Dodatkowe możliwości systemu holterowskiego po modernizacji:			
1	Ocena zapisów 12 kanałowych EKG	TAK	
2	Analiza zmienności załamka T	TAK	
3	Analiza bezdechu sennego	TAK	
4	Analiza dyspersji QT dla zapisów 12 kanałowego EKG	TAK	
5	Analiza odcinka ST dla zapisów 12 kanałowych	TAK	
6	Możliwość dodatkowego grupowania pobudeń, wyszukiwania pobudeń podobnych, łączenia szablonów pobudeń w ramach tych samych grup templetów	TAK	
7	Analiza deceleracji i akceleracji rytmu serca	TAK	
8	Współpraca z rejestratorami 3 lub 12 kanałowymi	TAK	
Rejestrator holterowski do wielogodzinnej rejestracji 3 lub 12 kanałów EKG - 4 szt.			
9	Rejestrator cyfrowy z zapisem 12-kanałowego EKG do 4 dni	TAK	
10	Częstotliwość próbkowania min. 4000 Hz	TAK	
11	Rejestracja 3 kanałów z 4 elektrod EKG i 12 kanałów z 10 elektrod	TAK	

.....
*Podpis i pieczętki imienne osób
 upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*

.....
data

PAKIET NR 7*Znak Sprawy FDZP/20/13 - Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**strona 3 z 3*

LP	OPIS PARAMETRU	PARAMETR GRANICZNY-WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
12	Zasilanie z 1 baterii AAA	TAK	
13	Szybka transmisja danych przez port USB 2.0	TAK	
14	Przedmiot fabrycznie nowy	TAK	
15	Wymiary – podać	TAK	
16	Instrukcja obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim	TAK	
17	Dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami	TAK	

.....
*Podpis i pieczętki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*

.....
data