

**PAKIET NR 10**

Znak Sprawy FDZP/20/13 - Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

strona 2 z 4

**ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH**

LP	OPIS PARAMETRU	PARAMETR GRANICZNY-WYMAGANY	PARAMETRY OFEROWANE
<b>Wymagania dotyczące lampy bezcieniowej mobilnej , zabiegowej – 1 szt.</b>			
1.	Lampa operacyjna bezcieniowa mobilna na podstawie jezdnej ze źródłem światła LED	<b>TAK</b>	
2.	Diody LED w kolorze białym	<b>TAK</b>	
3.	Kopuła lampy nie powodująca wzrostu temperatury na czaszy lampy	<b>TAK</b>	
4.	Średnica kopuły od 25-30 cm (+/-5cm)	<b>TAK</b>	
5.	Średnica plamy świetlnej pola w odległości 1m od czoła lampy: 160 mm, (+/- 20 mm )	<b>TAK</b>	
6.	Natężenia światła lampy w odległości 1m od czoła lampy min. 50000 lux	<b>TAK</b>	
7.	Żywotność żarówki min. 30000 godzin	<b>TAK</b>	
8.	Regulacja natężenia światła w min. 5 stopniach lub płynna	<b>TAK</b>	
9.	Regulacja natężenia oraz włączanie i wyłączanie lampy przy pomocy panelu umieszczonego na czaszy lub podstawie lampy	<b>TAK</b>	
10.	Temperatura barwowa dla lampy co najmniej 4500 [K]	<b>TAK</b>	
11.	Współczynnik oddawania barw CRI co najmniej 95	<b>TAK</b>	
12.	Lampa wyposażona w uchwyt sterylny oraz tzw. reling brudny okalający min. 60% obwodu czaszy	<b>TAK</b>	

.....  
Podpis i pieczętki imienne osób  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

.....  
data

**PAKIET NR 10***Znak Sprawy FDZP/20/13 - Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**strona 3 z 4*

<b>LP</b>	<b>OPIS PARAMETRU</b>	<b>PARAMETR GRANICZNY-WYMAGANY</b>	<b>PARAMETRY OFEROWANE</b>
13.	Lampa na stabilnej podstawie jezdnej z hamulcem pedałowym lub blokadą kół	<b>TAK</b>	
14.	Lampa z wbudowanym akumulatorem w podstawę lampy z możliwością pracy przez min. 2 godz.	<b>TAK</b>	

.....  
*Podpis i pieczętki imienne osób  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy*

.....  
*data*