

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 do siwz

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH

**Wymagania dotyczące świadczenia usług serwisowych dla Tomografu Komputerowego
Brilliance 16 Kod CPV 50.40.00.00-9**

L.p.	Opis parametrów wymaganych	Parametr graniczny wymagany	Parametr oferowany
1	Autoryzacja Tomografu Komputerowego firmy Philips.	TAK	
2	Termin świadczenia usługi 36 miesięcy	TAK	
3	Przeglądy Techniczne : co 12 miesięcy - sprawdzenie stanu technicznego systemu oraz kluczowych podzespołów - czyszczenie wszystkich elementów obrotowych oraz jezdnych . - diagnostyka całego systemu wraz z oprogramowaniem - smarowanie układów obrotowych oraz jezdnych - odkurzenie wszystkich elementów z kurzu - wykonanie wszystkich testów poprawności działania	TAK	

.....
Podpis i pieczęćki imienne osób
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

.....
data

L.p.	Opis parametrów wymaganych	Parametr graniczny wymagany	Parametr oferowany
4	Praca serwisowa : zgodnie ze zgłoszeniem faksem lub pocztą elektroniczną - sprawdzenie stanu technicznego systemu oraz kluczowych podzespołów - czyszczenie wszystkich elementów obrotowych oraz jezdnych - diagnostyka całego systemu wraz z oprogramowaniem - smarowanie układów obrotowych oraz jezdnych - odkurzanie wszystkich elementów z kurzu - wykonanie wszystkich testów poprawności działania	TAK	
5	Wymiana części zamienne: - lampa RTG - generator lampy RTG - pozostałe części zamienne (wszystkie)	TAK	
6	Serwis dostępny na terenie kraju . W przypadku awarii czas reakcji od momentu zgłoszenia faksem lub pocztą elektroniczną max do 48 godz. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis i dostęp do części zamiennych do sprowadzenia max do 3 dni roboczych . Wykonawca będzie wykonywał naprawy przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawca dostarczy protokoły zdawczo – odbiorcze podpisane przez kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej lub koordynatora ds. aparatury i sprzętu medycznego . Wykonawca zapewni przez okres trwania umowy bezpłatne modyfikowanie – wgrywanie nowych oprogramowań do Tomografu Komputerowego	TAK	

.....
 Podpis i pieczętki imienne osób
 upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy

.....
 data